

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Ogródu
Prof. dr hab. Jerzy Puchalski

**OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nr ogłoszenia 407732-2011 z dnia 01.12.2011r.**

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie tel. (22) 648 38 56 , fax. (22) 757 66 45
niniejszym informuje o wyniku postępowania na: „Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych, cz. I - zestaw automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu użytkowania, cz. II - terenowy kontroler warunków mikroklimatycznych, cz. III - zestaw terenowych mikrorejestratorów warunków mikroklimatycznych, cz. IV - specjalistyczny komputer przenośny (laptop) do pracy w terenie wraz z oprogramowaniem GIS, dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. „Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej”.

Część III - zestaw terenowych mikrorejestratorów warunków mikroklimatycznych

Wybrano ofertę nr 4:

MERA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
Cena oferty – 28.513,86 PLN brutto

Część IV - specjalistyczny komputer przenośny (laptop) do pracy w terenie wraz z oprogramowaniem GIS

Wybrano ofertę nr 1:

Adasa Sistemas S.A.U.
Adres do korespondencji: ul. Czeczota 31, 02 – 607 Warszawa
Cena oferty – 48.535,03 PLN brutto

Zamawiający zwiększa kwotę sfinansowania specjalistycznego komputera przenośnego (laptop) do pracy w terenie wraz z oprogramowaniem GIS - 40.000.00 zł + VAT

W toku postępowania odrzucono ofertę:

Lp.	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	ECOCLIMA SERVIS Sp. jawna ul. Korfantego 105, 40-161 Katowice	Cz. I – zestaw automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu użytkowania Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia) Uzasadnienie: Zamawiający wymaga w specyfikacji technicznej: <i>czujnik temperatury i wilgotności powietrza (termohigrometr) temperatura dokładność przy +20°C ± 0,2°C</i> Oferent proponuje dokładność przy +20°C ± 0,3°C Cz. II – terenowy kontroler warunków mikroklimatycznych Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia) Uzasadnienie: Zamawiający wymaga w specyfikacji

technicznej: czujnik temperatury i wilgotności powietrza (termohigrometr) wilgotność względna dokładność przy +20°C - 2%.
Oferent proponuje dokładność przy +20°C - 3%.

Części postępowania unieważnione:

Część I - zestaw automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu użytkowania

- Zamawiający unieważnia postępowanie - Art. 93 ust. 1 pkt. 4
uzasadnienie: oferowana cena przewyższa kwotę jaką zamawiający
przeznacza na finansowanie zamówienia.

Część II – terenowy kontroler warunków mikroklimatycznych

- Zamawiający unieważnia postępowanie - Art. 93 ust. 1 pkt. 4
uzasadnienie: oferowana cena przewyższa kwotę jaką zamawiający
przeznacza na finansowanie zamówienia.

Warszawa, dnia 11.01.2012r.

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Z. Bujalski
Członkowie - Zb. Gromadzki
- W. Łuczak
- K. Woliński
Sekretarz - J. Witkowska

